




Certificat de conformité No 116-03121

Remplace le certificat de conformité No 116-03020

<i>Objet</i>	Luminaire d'éclairage médical
<i>Type</i>	Ora, n° de série 11160051 Dimensions (L x l x h) : 1280 mm x 706 mm x 54 mm
<i>Alimentation</i>	Inclus dans le luminaire
<i>Requérant</i>	ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy
<i>Exigences</i>	Conformité à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967.
<i>Confirmation</i>	Selon le rapport technique METAS 116-03011 du 22 août 2016, le luminaire d'éclairage Ora est conforme à la chromaticité de l'illuminant normalisé CIE D ₆₅ , selon la norme BS 950-1 : 1967
<i>Date de l'examen</i>	17.08.2016

3003 Bern-Wabern, le 18 novembre 2016

Pour l'examen



Beat Imhof

Domaine longueur, optique et temps



Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine