



Certificat de conformité No 116-03021

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Objet</i> | Luminaire d'éclairage médical |
| <i>Type</i> | Ora, n° de série 11160051 Dimensions (L x l x h) : 1280 mm x 706 mm x 54 mm |
| <i>Alimentation</i> | Inclus dans le luminaire |
| <i>Requérant</i> | ZENIUM S.A. Rue Edouard Michelin 100 F-54 710 Fléville Devant Nancy |
| <i>Exigences</i> | Certificat de conformité à la norme internationale IEC 62471:2006 (Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes) |
| <i>Confirmation</i> | Selon le rapport technique METAS 116-03011 du 22 août 2016, le luminaire d'éclairage Ora est classifié dans le « Groupe sans risque ». Il peut être considéré comme étant sûr en ce qui concerne les risques photo-biologiques. Une lésion de la rétine par la lumière bleue émise est exclue. |
| <i>Date de l'examen</i> | 17.08.2016 |

3003 Bern-Wabern, le 22 août 2016

Pour l'examen


Beat Imhof

Domaine longueur, optique et temps


Dr Rudolf Thalmann, chef de domaine